DE **GEBRAUCHSANWEISUNG**

UDO HEISIG GMBH
THE DISPOSABLES COMPANY

FLEXASTER® Lichtkabel-Bezug

STERILE R

Zweckbestimmung: Steriler Lichtkabel-Bezug für die Dauer einer Anwendung

1



2



Die sterile Person nimmt den Ring (1) so, dass die Kabelklemmen (2) nach vorne zeigen.

3



Die Kamera (3) wird duch die Ringmitte (4) geschoben.

4



Die sterile Person greift die im Folienschlauch befindliche Kamera (3) und schiebt den Ring (1) weiter über das Kabel.

5



Durch Ziehen am Ring (1) wird der Folienschlauch (5) über die gesamte Länge entfaltet, während die sterile Person den Folienschlauch an der Kamera (3) festhält.

6



Zur besseren Fixierung wird das Kamerakabel in eine der Kabelklemmen (2) eingehängt.

7



Die sterile Person führt an der Schlauchspitzen-Öffnung (6) die Staboptik (7) ein und klemmt diese auf die Kamera (3).

8



Mit dem an der Schlauchspitze befestigten Klebeband (8) wird die Folie am Hals (9) der Staboptik fixiert.

Datum: 2022-03-10

Version: **P0132 Rev07**

UDO HEISIG GMBH
THE DISPOSABLES COMPANY
Hermann-Oberth-Str. 17
85640 Putzbrunn
Bayern / Deutschland
Geschäftsleitung:
Udo Heisig, Carmen Silies
AG München, HRB 82813
Tel. +49 89 / 46 23 92 - 0
Fax +49 89 / 46 23 92 - 28
info@heisig.de | www.heisig.de

CE 0197

WARNHINWEISE AUF DER RÜCKSEITE BEACHTEN

PACKUNGSINHALT		DETAILS
REF 32150	FLEXASTER® Lichtkabel-Bezug	Größe: 15 x 250 cm
Eine detaillierte Produktspezifikation ist auf Anfrage erhältlich.		

WARNHINWEISE und WICHTIGE INFORMATIONEN

Bei Sterilitätsverlust oder beschädigter Verpackung nicht verwenden.

ACHTUNG: Beschädigte Produkte **nicht verwenden!**

Nicht zur Wiederverwendung.

Nicht erneut sterilisieren.

ACHTUNG: Nicht zur Wiederverwendung geeignet, da die erforderlichen Leistungen versagen können und es zu einer Infektion des Patienten kommen kann.

ACHTUNG: Die Gebrauchsanweisung gilt **nur für die beiliegenden Produkte.**

ACHTUNG: Peelbeutel **an der Dachnaht öffnen!**

Trocken lagern.

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.

ACHTUNG: Nur von **medizinischem Fachpersonal** anzuwenden!

ACHTUNG: Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen **schwerwiegenden Vorfälle** sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE

STERILE R — Strahlensterilisiert

Haltbarkeitsdatum

LATEX — Latexfrei

www.heisig.de — Gebrauchsanweisung beachten. Die aktuelle Gebrauchsanweisung kann unter **www.heisig.de** heruntergeladen werden.

1 — Anzahl der Verbrauchseinheiten pro Peelbeutel

000 — Personalnummer des fertigenden Mitarbeiters

LOT / LOT — Chargen-Nummer: JJMM0123

Hersteller

50x1 — Anzahl der Peelbeutel pro Karton

Herstelldatum

REF 00000 / REF 00000 — Artikelnummer

PZN: 0000000 — Pharmazentralnummer

CE 0197 — Das Produkt ist konform zu gültigen gesetzlichen Anforderungen für Medizinprodukte. Hersteller wird durch benannte Stelle mit Nummer 0197 überwacht.

MD — Medizinprodukt

Einfach-*Steril*barrieresystem

Einfach-*Steril*barrieresystem mit äußerer Schutzverpackung

04 PE-LD — Umweltschonend bei sachgerechter Entsorgung. Bei der Verbrennung entstehen keine toxischen Abgase. Deponie ohne Beeinträchtigung des Grundwassers.

UDO HEISIG GMBH THE DISPOSABLES COMPANY | Hermann-Oberth-Str. 17 85640 Putzbrunn Bayern / Deutschland | Geschäftsleitung: Udo Heisig, Carmen Silies AG München, HRB 82813 | Tel. +49 89 / 46 23 92 - 0 Fax +49 89 / 46 23 92 - 28 info@heisig.de | www.heisig.de