FR **MODE D'EMPLOI**

UDO HEISIG GMBH
THE DISPOSABLES COMPANY

FLEXASOFT® Protection ultrason

STERILE R

Utilisation conforme : gaine ultrasons stérile conçue pour la durée d'une utilisation sur une peau saine

LINÉAIRE CONVEXE

LINÉAIRE

1



2



À l'aide de la languette en saillie, retirer le papier protecteur (1) de la surface adhésive (2).

3



Placer le transducteur à ultrasons (3) au milieu de la surface adhésive (2).

4



Lisser la gaine sur la face avant du transducteur à ultrasons (3) et fixer le film plastique qui dépasse (4). S'il est correctement mis en place, le produit adhère au transducteur à ultrasons sans faire de plis. En cas de formation de plis, il est possible de repositionner la gaine sur le transducteur à ultrasons.

5



Après usage, retirer lentement la surface adhésive du transducteur à ultrasons. Il n'y a pas de résidus d'adhésif.

CONVEXE

1



2



Retirer le papier protecteur (1) de la surface adhésive (2).

3



Placer le transducteur à ultrasons (3) au milieu de la surface adhésive (2).

4



Lisser la gaine sur la face avant du transducteur à ultrasons (3) et fixer le film plastique qui dépasse (4). S'il est correctement mis en place, le produit adhère au transducteur à ultrasons sans faire de plis. En cas de formation de plis, il est possible de repositionner la gaine sur le transducteur à ultrasons.

5



Après usage, retirer lentement la surface adhésive du transducteur à ultrasons. Il n'y a pas de résidus d'adhésif.

Date: 2023-02-13

Version: **P0151 FR Rev00**

UDO HEISIG GMBH
THE DISPOSABLES COMPANY

Hermann-Oberth-Str. 17
85640 Putzbrunn
Bavière / Allemagne

Direction:
Udo Heisig, Carmen Silies
AG München, HRB 82813

Tél. +49 89 / 46 23 92 - 0
Télécopie +49 89 / 46 23 92 - 28
info@heisig.de | www.heisig.de

CE 0197

TENIR COMPTE DES MISES EN GARDE AU VERSO

VARIANTES

FLEXASOFT® Protection ultrason	REF 31800 LINÉAIRE	REF 31900 CONVEXE
Dimension	12 x 6 cm	12 x 6 cm
Une spécification détaillée du produit est disponible sur demande.		

MISES EN GARDE et INFORMATIONS IMPORTANTES

Ne pas utiliser en cas de perte de stérilité ou si l'emballage est endommagé

ATTENTION : ne pas utiliser de produits endommagés !

Non réutilisable

Ne pas restériliser

ATTENTION : ne doit pas être réutilisé en raison d'un risque que les performances requises ne soient pas assurées et que le patient soit infecté .

ATTENTION : le mode d'emploi **n'est valable que pour les produits ci-joints .**

ATTENTION : ouvrir le sachet pelable au niveau de la **couture supérieure !**

Conserver au sec

Conserver à l'abri de la lumière solaire

ATTENTION : l'utilisation d'un couvercle d'appareil **peut nuire à la qualité de l'image !**

ATTENTION : la gaine ultrasons ne doit être utilisée que **sur une peau saine !**

ATTENTION : Ne s'appliquer que par un **professionnel de santé !**

ATTENTION : Tout **incident grave** lié au produit est signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi .

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

STERILE R — Stérilisé par irradiation

Date limite d'utilisation

LATEX — Sans latex

www.heisig.de — Suivez le mode d'emploi. Le mode d'emploi actuel peut être téléchargé sur **www.heisig.de**

1 — Nombre d'unités de consommation par sachet pelable

000 — Numéro personnel du collaborateur chargé de la fabrication

LOT — Numéro de lot AAMM0123

Fabricant

50x1 — Nombre de sachets pelables par carton

Date de fabrication

REF 00000 — Référence de la pièce

PZN: 0000000 — Numéro central pharmaceutique

CE 0197 — Le produit est conforme aux exigences légales en vigueur pour les dispositifs médicaux. Le fabricant est contrôlé par l'organisme notifié portant le numéro 0197.

MD — Dispositif médical

Système barrière *stérile* simple

Système barrière *stérile* simple avec emballage de protection extérieur

04 PE-LD — Respectueux de l'environnement en cas d'élimination appropriée. Aucun gaz toxique n'est produit lors de l'incinération. Mise à la décharge sans risque de pollution des eaux souterraines.

UDO HEISIG GMBH THE DISPOSABLES COMPANY | Hermann-Oberth-Str. 17 85640 Putzbrunn Bavière / Allemagne | Direction: Udo Heisig, Carmen Silies AG München, HRB 82813 | Tél. +49 89 / 46 23 92 - 0 Télécopie +49 89 / 46 23 92 - 28 info@heisig.de | www.heisig.de

UDO HEISIG GMBH THE DISPOSABLES COMPANY